

正確な粒度分布を 実現するコアパーツ

検体ごとに交換のカートリッジ方式 = コンタミレス




検体のサイズに合わせてポアデバイス / 流路デバイスを選択

ポアデバイス

ポア径の正確さ = 結果の正確さ



APT-Pore™
Advantest Pore Tecnology



ゲーティング流路デバイス

ゲート幅の正確さ = 結果の正確さ



APT-Gate™
Advantest Pore Tecnology

